側臥位用支持器セット
取扱説明書

1. 安全上の警告・注意

1) 使用目的以外に使用しないでください。
2) 本品の二次的加工をしないでください。
3) 機器に重大な損傷を与え、患者又は使用者に重篤な障害をもたらす危険性があるため、当社指定の構成品以外の組合せで使用しないでください。
4) 本品に熟練した人以外は使用しないでください。
5) 機器の破損や患者の脱落を起こすおそれがあるため、適応患者体重を遵守してください。

2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造



適用患者体重:180kg 以下
ブレースヘッド材質: ポリエチレン

3. 一般的な使用方法とその注意事項

1）使用前に、必要に応じて消毒剤等で清拭してください。

2）本品を固定する手術台のサイドレール幅及び厚みに適応する手術台用クランプ(以下、OP 台用クランプ）を選択してください。

3）OP 台用クランプを、本品を設置する位置付近のサイドレールに設置します。

4）サポートポストを OP 台用クランプに差し込み、適切な高さに調節します。

5）OP 台用クランプを確実に固定します。



⚠ 注意
OP 台用クランプのサイドレール又は手術台アクセサリーレールへの取付・固定は確実に行ってください。

6）ブレースロックハンドル及びブレースヘッド調整ハンドルのロックを解除し、患者の体位に合わせ、ブレースヘッドを調整します。



⚠ 注意
① 患者の身体に負荷をかけるような動作をしないでください。
② 患者に無理な姿勢を取らせたり、無理な力が掛からないように装着してください。

7）ブレースロックハンドル及びブレースヘッド調整ハンドルを確実に固定します。

4. 医療機器の清掃、消耗品の交換、保管方法に関する事項

1) 清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管してください。
2) 汚れが乾燥し落ちにくくなるのを防ぐため、付着した血液・体液・組織・薬品等は直ちに清拭してください。
3) 滅菌しないでください。
4) 浸漬しないでください。
5) サビの原因になるため、噴霧液で消毒、清拭しないでください。
6) ブレースヘッドは、アルコール系消毒剤で清拭しないでください。

5. 保守点検に関する事項

1) 使用前に、汚れ・破損・可動部の動き等を点検してください。
2) 耐用期間［自己認証（当社データ）による］

パッド：3年　　パッド以外：5年

6. アフターサービスとその連絡先に関する事項

製造販売業者：村中医療器株式会社

〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号

TEL　0725-53-5546　　http://www.muranaka.co.jp

注文コード	品　番	商品名
623-102-01	O-UPBL3S	アレン 側臥位用支持器セット
623-102-02	O-UPBLR	アレン 側臥位用支持器,レクタングルタイプ
623-102-03	O-UPBLC	アレン 側臥位用支持器,サークルタイプ
623-400-41	A-40041	アレン イージーロックブレードクランプ(マッケOP台用)
623-400-43	A-40043	アレン イージーロックブレードクランプ(国産OP台用)
623-003-03	F-RC29X32MM	国産OP台用クランプ
623-003-04	F-RC2XUK	マッケOP台用クランプ

7. 保証

保証規定

1. 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、お買い上げ日より一年以内に故障した場合、無償修理いたします。
2. 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
   (イ)使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   (ロ)お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
   (ハ)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
   (ニ)本書の提示がない場合。
   (ホ)本書にお買い上げ日、お客様名、お買い上げ店名の記入のない場合あるいは字句を書替えられた場合。
   (ヘ)消耗部品。
   (ト)故障の原因が本品以外に起因する場合。
   (チ)その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障及び損傷。
3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
4. 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、*側臥位用支持器セット*をお買い求めいただきありがとうございました。本品は厳重な検査を行い、高品質を確保しております。しかし通常のご使用において、万一不具合が発生した場合は、保証規定により、お買い上げ日より一年間は無償修理いたします。

※製品の保証は日本国内での使用に限ります　This warranty is valid only in Japan.

※以下につきましては必ず販売店にて記入捺印をお受けください。

商品名： *側臥位用支持器セット* ご芳名：	お買い上げ店名 印
ご住所 TEL.　　(　　)	住所 TEL.　　(　　)
	お買い上げ日　　年　　月　　日

製造販売業者：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号　　TEL　0725-53-5546